



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.



202019124892

检测报告

报告编号: 20221115E39(1)号

委托单位: 深圳市永富五金电镀制品有限公司

检测项目: 废水

签发日期: 2022年 11 月 15 日

报告编制:

李

报告审核:

李顺

报告签发:

李

签发人职位:

☐ 技术负责人

☐ 质量负责人

☒ 主管

深圳市兴远检测技术有限公司

电话 (TEL) : 0755-27909864

传真 (FAX) : 0755-27904504

检验检测专用章



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

说 明

- 一、本机构保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、本机构的采样程序按国家有关环境监测技术规范、程序文件和作业指导书执行。
- 三、本报告只适用于检测目的范围。
- 四、报告无编制人、审核人、签发人签名，或涂改，或未盖本机构  章和骑缝章均无效。
- 五、委托送检检测数据仅对来样负检测技术责任。
- 六、检测结果判定所依据的执行标准由客户提供，客户应对其真实性和有效性负责。
- 七、检测点位由客户委托指定。
- 八、对本报告检测结果若有疑问、异议，请于收到本报告之日十个工作日内向本机构提出，逾期视为无异议。
- 九、报告非经本机构同意，不得以任何方式复制，经同意复制的复印件，应由本机构加盖  章和骑缝章确认。
- 十、本报告自签发人签发后生效。

检测公司地址：深圳市宝安区福海街道新和社区福海大道新兴工业园一区A9号3层



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

一、检测目的	
受企业委托对该企业污染物排放现状进行检测	
二、检测内容	
1、废水	
测点位置	含镍收集池、含铬收集池、综合废水收集池
采样方法依据	HJ 91.1-2019
样品状态及特征	含镍废水收集池：淡绿色、微臭味、少浮油 含铬废水收集池：淡黄色、微臭味、少浮油 综合废水收集池：淡黄色、臭味、少浮油
检测因子	总镍、六价铬、总铬、化学需氧量
采样时间	2022年11月07日
检测时间	2022年11月08日—2022年11月11日
2、采样人员	尹伟鹏、邝智豪、严长基、李杨
3、委托方地址	深圳市龙岗区坪地街道中心社区富乐工业区101
4、生产工况	75%以上
三、检测方法及仪器（见附表）	
四、检测结果及评价（见下表）	



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

检测结果报告

报告编号: 20221115E39(1)号

测点位置	检测因子	检测结果
		单位: mg/L
综合废水收集池	化学需氧量	486
	总铬	0.30
	六价铬	ND
	总镍	0.130
含镍收集池	总镍	558
含铬收集池	总铬	910
	六价铬	832
附:检测方法一览表		
备注: ND表示未检出。		



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

附:检测方法及使用仪器一览表

检测项目	检测方法	方法来源	仪器/型号	检出限/最低检出浓度
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 7467-1987	可见光分光光度计/722S	0.004mg/L
总镍	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Optima8000	0.007mg/L
总铬	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/Optima8000	0.03mg/L

——报告结束——